### 19日本国特許庁

# 公開特許公報

### ①特許出願公開

## 昭53—88786

(5) Int. Cl.<sup>2</sup> G 01 N 21/52 G 01 N 31/00 識別記号

102

**炒日本分類** 113 C 13 113 C 11 庁内整理番号 7363-23 6807-49 ❸公開 昭和53年(1978)8月4日

発明の数 2 審査請求 有

(全 6 頁)

のガス中のアンモニア分析法ならびに分析装置

②特

願、昭52-3167

20出

頁 昭52(1977)1月14日

@発 明 者 大林重二

明石市松ケ丘3丁目31-2

同

上田侃二

芦屋市三条町9-1

@発明者 岡部透

の範囲の記載の方法。

兵庫県加古郡播摩町本荘1326一

10

同 向井三和

加古川市尾上町口里815の2

⑪出 願 人 製鉄化学工業株式会社

兵庫県加古郡播磨町宮西346番

地の1

脚 劃 書

1.発明の名称

ガス中のアンモニア分析法ならびに分析装置 2.特許萌求の懲円

② 複黄酸化物を選択的に除去する乾式吸収剤

がソーダライムである特許請求範囲の配級の方法。 ② ソーダライムをあらかじめ炭酸ガス処機し て 380 ~ 500 cの温度に保持して用いる特許請求

つて構成されたガス中のアンモニア分析装置。

(5) 選素酸化物の複出にホールド機器を用いて 2/3、 1 台の分析計で交互に登素酸化物の濃度を機定する る特許請求の範囲(4)記載の装置。

#### 3. 免労の評細な説明

本発明はアンモニアの分析方法ならびに装置に 係るものである。

くわしく述べれば熱焼排ガス中の盤素酸化物( 以下 NOx と称す)をアンモニア(以下 NHa と称す )接触量元した後の排ガス中の未反応 NHa を正確、 迅速かつ連続的に分析し表示する方法ならびに装 做に関するものである。

競請炉、コークス炉、ボイラー等の排ガス中に合まれている NOx を除去する方法としては、 NH a による接触量元方法が敢も有効な方法であると考えられて種々の機能が提案されており、 その機能性能は NOx の除去についてはほぼ 気成している。 即ち低温から高温に重る処理ガス温度に対応した各種の機能が提案され、監備率に関しては何れも

良好な結果を示している。

しかしながらこのNHs 選元法における般大の問題点は未反応NHs の態群反応器からの流出である。 未反応アンモニアの流出により反応器以後において、アンモニウム塩を生成し、反応器以後の設備、例えば幾交狭器配管等に付着して、これを閉塞する危険性がある。またそのまま大気に放出されれば当然二次公答を発生することも考えられる。

したかつて、機構反応器の出口排ガス中の NHs の 避難度は常にきびしく監視しなければならず、そ のためにも迅速、正確かつ連続的に分析できる方 法ならびに分析装置の開発が望まれている。

従来 NHs 分析法としては中和満定法、ネスラー法等の化学分析法や NHs 電磁法、溶液電導技法等の機器分析法が知られている。しかしこれらの方法の欠点は、いずれの場合も一定量のガスを通気することにより吸収液に吸収させ、その吸収液を分析するために、結果がでるまでに長時間を要することであり、また共存ガスの影響を受けるため

正確な過度をつかみにくいという欠点もある。 助ち感覚排ガス中には一般に SO2 , SO2 , CO2 , NO2 , NO および水魚気, はいじん等が共存しているため、 NH3 の吸収と同時にそれらの共存物質も吸収液に吸収され、分析供差要因となる場合が多い。

また、Nitsの分析法に共産している数大の問題 点はサンプリングである。上配したように排ガス 中には SOz 、SOs 、NOz 等の酸性ガスと水熱気が 共存しているため、サンプリングの途中でアンモ ニウム塩を生成し、配合、ばいじん等に付滑し、 このために Nits が前費されるので、分析値の正確 度に不安が伴う。使つて適当なサンプリング方法 および複数が Nits 分析の決め手ともなる。

NHs をNOに変換してNO分析前により确定する方法は、例えば特別的 51-16273号公報、特別的 51-128591号公報に明示されているが、これらの方法では NHs をNOに変換させるための A42 Os-Pt, A42Os-Pd 無線の最適温度として 600°C ~

700 ℃という高温を必要とするため、同時に NH2 の見金酸化反応による N2 と H2O の生成が起りやすく、従つて NH2 の機定値が実際よりも低下する 結果になる。

また機定ガス中に 802 が共存している場合には 機能により 803 に酸化されるために担体であるア ルミナの硫酸塩化が起り A42(804) 3 が生成し、そ のため Nits の燃焼反応を促進したり、生成した 803 により機器の材質を腐食する結果となる。

一方反応器が 600 ~ 700 でという高温のためにサンプリング管を加熱し、その温度に近い温度に近い温度に近い温度に近い温度がある。そのためにサンプリングライン中での Nets の感焼反応も起り、これも确定値の低い下をまれく。従つてサンプリング管は Nets の破骸を 開えば T i 管 , 石 英 管 を 用いる必要があり高価となる。以上述べたように おいては触維の券 は で の 選択 , 満定ガスの後処理等権 4 の 問題点を含んでい

本発明者らは、これらの問題点、欠点を排除す べく測定ガス中の SOi と NHi が反応して NHi HSOi を生成しない最低の温度でNHsをNOに変換さすた めの機様を探索するため様々の金属観化物を機構 に用いて研究を重ねた結果、Cu-Cr 糸の触媒は細 定ガス中に 802 と NHa, selが NOX Ox が存在する 場合はガス中の NHs と NOx を N s と H2O に変化す る、いわゆる脱硝触線としての効果があるが、 よび NO: いわゆる NOxに変化することを発見し本 発明に到つた。

劉 殷 娟 熊 蝶 が その ガス 成分 によつて NHs 酸 化 無族 になることは意外のことと云うべく、これまでこ のような触路についての発表はない。本意明者等 はこの発見に乗いて耐配従来役職の欠点を収容し た新しい NH3 分析法を確立した。

本発明による触媒の効果を第1因によりさらに 詳細に説明すると、ガス中に802が共存している 場合は、NHs とNOにより Ni とHiOが生成する

特開昭53-88786(3) 反応 (4NHs + 6NU → 5Nz + 6HzO) が優先して起る ため、触媒層出口をガス中の NUx は入口 NOx 400 ppm より 200 ppm まで低下したが、 8Uz が共存し ない場合は約 270 ℃までは上記税明反応が優先的 に起つているが、 270 ℃以上では NHs が NUx に変 化する反応が世先始め刻 400 Cではガス中の NUx 14mg ことは無関係に NBa が NO と NOs に変化しているこ ▲が分かる。また生成した NO と NO: の比単は 。802 が存在しない場合には選択的に Nitis が N O お 30億.3: 1 である。 脚ち 400 ppm の Nitis は 120 ppm 280ppmが NU に変化したことになる。

本発明のCu-Cr 系の触媒は、従来 Mana - 按に予販されているもの /約スは 日尾かっとう

(株)G13 4 2"13 Cu- Cr 系触性を用

いればよい。

アンモニア酸化器で生成した NU2 は現在知られ ているNOs 転化機能によりN U に変換させて NUx 分析計により組定することができる。

このCu-Cr 系融級を用いてNHzを NO に変化 さすためには、試料ガス中に共存する 8Uz , Sua

のごとき硫黄酸化物(以下 SOx と称する)を予め 除去する必要がある。試料ガス中から NOx を除去 することは試料ガスの収扱上補々の利点がある。 '出ち材質の異食や配管弁への金膚塩の折出が筋止 でき分析の稍度が着しく同上する。成料ガス中の 「NO2 , SU3を除去する方法として、NaOH,KOH の 如きアルカリ水解液で洗浄除去する方法や、乾式 で NaOH,CaO 筝 の超翅アルカリ剤で除去する方法 が知られているが、益式法で放去する場合には SU1, SO1 の他 CO2, NO1 が吸収されるので、排ガス 中の NOx の成分が変化したり、試料ガスが燃焼排 ガスの場合には適常 CO2 が約1 0 %も含まれてい るため、敷収液の収益えをひんばんに行なう必要 がある。また常温で疣神するのでサンブリング質 内に (NH4)2804 夢のアジモニウム塩が生成し、醇 紀したごとく胡定値の低下を生ずる。

また超翅NaUH等を用いて、NH4H8O4 が析出 しない温度である 400℃以上の温度で 80x を絵去 する場合は排ガス中の共存する CO2 の吸収反応の

反応熱でアルカリが存職状態になり破収効率が供 下したり、何時に COs を敷収するので、瞬配 Sux 吸収剤をひんばんに取替えなければならなくなる 不便が生ずる。

本発明者らは排ガス中に存在する SOx のみを曲 状的に吸収除去することのできる吸収解を探察し Aた結果、市販のソーダライムを CO: 含有ガスで CO2の吸収能力がなくなるまで常温で処理するこ とにより敗収削としての形状を送ったまま 380~ 500 ℃で SUI のみを選択的に敗収することを見い だした。

このような処理を行なつたソーダライムは SOx 以外の他の酸性ガスを吸収しなくなり、これを充 項した SUx 厳去器を 380~ 500 で焼頭等のサンプ 🕪 リングノズルに以付けることにより試料ガス中の 他の酸性ガスである CO2 、NO 、NO2 の過度を変 化さすことなしに NHa 酸化器まで磨くことができ

SOI 除去器をでた試料ガス中には SOI が含まれ



ないので、 (NH4) 2SO 3, (NH4) 2SO 4 等の硫酸塩が生成することはなく、排ガス中の水蒸気がドレインとならない農度以上に保つだけで NH3 酸化器にガスを導入すればよい。

試料ガス中のNHa 機度を連続的に分析して表示 記録するために、SUx 除去器をでたガスを二分し、 一方のガスをNHa を NUx に変換させる Cu - Cr 系 の触媒をガス入口側に充填し、その後に NUa を NO に変換させる炭素系の機構を充填した NHa 般 化器に連続して導き、試料ガス中 NHa を N O に変 化させて触媒用を安定化させながら間欠的に化学 発光式 NOx 分析計に導き NHs と NOx の合計像をデ

一方二分された他方のガスは間欠的に化学発光 式の NUx 分析計に導き排ガス中の NUx 機度をデジタル表示するとともに記録する。

即ち三分されたガスを自動切替装度により間欠 的に化学発光式の NOx 分析計に導き、一方のガス 中の分析値が表示記録されている間は他方のガス 中の分析値はホールド機構によりホールド表示記録されるため連続的にその両者の遵を読みとることにより試科ガス中の NHs 後度を測定記録することができる。

以下実施例によつて短時間に NHs の機度を使出 表示記録できること、 SOs , COs , 水 熱気 , NOs が共 存する場合においても、これらのガスの妨容を受 付ず NHs の機度が被出できること、検出された NHs の機度がこれまでの終知の方法で測定された 値とよく一致することを示す。

#### 突旋例 1

2 は 80x 絵 去器である。これは内径 2 5 mmのステンレス管に、和光純楽 (株) 製の約 3 0 メプシュのソーダライムを CO2 ガスで常温において吸収包和させたもの、 100 ms を充填し 430 でに加熱し

たものである。

NH3 酸化器 6 は内径 1 0 mm のバイレックス製のガラスチューブを用い、削数に NH3 の NOx 転化機 軽 A として日産ガードラー (株) 製の Cu-Cr 系 機能 放転 G-13 4.5m4 を用い、後数に NO2 の N O 転 化 放転 B として 電気化学 (株) 製の炭素系 放棄 2.0 md を 充実した。

| | 温度は温度制御器 7 により 430 ℃に保持し、空 | | 温度は 12000 hr-1 でガスを越した。

水分級船線 8 は 2 ℃にはち、 80x 餘 天器 1 から NHx 酸化器 6 までの配管 5 は 8US 管を用い、 200 でに加熱保温した。

ボンブ 9 によつて吸引され NOx 分析計に等かれるように遊童計 10 を確れる流量は 1300m4/min にする。また磁量計 1 1 は常時 13004/min のガスを NHa 酸化器に流すためのものである。 13,14 はそれぞれの液量調節弁である。 12 の化学発光式 NOx 分析計は電気化学 (殊) 要 - GLE-31 望を用い、NO スパンガスとしては要鉄化学 (殊) 要の NO 100

ppm , CO2 10% , N2パランスの標準ガスのポンペ 光質品を用いて NOx 分析計の調整を行なつた。

NH3 の数度を比較する方法としては紅科ガスを一定体徴の水に吸収させ、この水形板中のアンモニウムイオンをネスラー試薬を使った比色法を採用した。(本実施例の最初に配収した試料ガスの分析値はこれによる)紅科ガスを延供中目動切替装置 16 により電磁弁 3.4.15 をアンモニア酸化 デジル に 切替えてから 1 分以内に配録計 17 に投 が ぶっぱれた NH3 機度の指示性は一定値を示し、10 を 以内にその90 %値に達した。こうして得られた NH3 機度は 103 ± 1ppm であった。

なお試料ガスを開定する前には導管 18 より三 (製味を(明度) 方塩低井 4 を駐田して設度が駐却の NH3 禁軍ガス 10 56 を導入して NH2 酸化器の調整を行なった。

実施例1と同似にして試料ガスとしてNH1, O2, 水蒸気の個にCO1,NOI, SOI を共存ガスとして含 ひ動合の製出結果を管す表に示した。

1 1 表

SOX , NOX が共存する場合には SOX 除去器を出たガスをストップ電磁弁付三方管 3 により二分し、一方のガスは連続にボンブ 9 により NH3 酸化器 6 に吸引導入する。液盤計 11 は 1300m4/min である。 NH3 酸化器出口ガスは間欠的に NUX 分析計はに導き試料ガス中の NH3 と NUX を NO として検出し、その濃度をホールド記録計 17 に記録する。二分した他方のガスは間欠的に直接化学発光式 NOX 分析計 12 に導き NOX を NO として使出し、 ホールド・デックルを示え

例えば二分されたガスは2分間ずつ交互にNUx分析計12に導き、NOとして検出し、その機度を1分間は安定値がでるまでホールド状態を保ち、1分間は実施値をそのまま記録計17に配録する。即ち4分間に1分間実機値を配録し、3分間はその値をホールド記録するものである。このNH2般化器をでたガスと直接ガスとのNO表示の差が試料ガス中のNH3機度として表わされる。


NH a 過度 (オスラー法) p pm	共存ガス組成							NH 3 KM
	U2 %	*# <del>**</del>	1			NO 2		機 度 ppm
101 ± 4	4-0	10.0	ı	1	50	0	処産	99
101 ± 4	4.0	10.0	12.0	0-03	50	10	処値	95
101 ± 4	4.0	10.0	120	0.03	Ō	0	线键	100


ただし、%は容量%を示す。

#### 4.図面の簡単な説明

第1回は本発明に使用する触線の NHa 酸化器中の NO の変化を示すグラフであり、第2回は本発明の分析装置の系統を示すフローシートである。

出職人 製飲化学工業株式会社 代表者 编 島 知 節





特開昭53-887866

#### 手 疑 補 正 菁(自発)

昭和5.2年 3月28日

特許庁長官 片 山 石 邱 殿

1. 事件の表示 昭和52年特許順第3167号

2. 発明の名称 ガス中のアンモニア分析法ならびに

3. 補正をする者

事件との関係 特許出順人

住所 〒673-01 兵庫県加古郡播居町百四 346番地の1 名称 製飲化学工業株式会社(電路0794-37-2/0/)

4. 補正の対象 明 編 書

. 5. 補正の内容

(1) 本顧明顯書第9頁第2行,「NOx」を「SOx」 と補正する。

> a 上

PAT-NO:

JP353088786A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 53088786 A

TITLE: ANALYTICAL METHOD AND APPARATUS FOR AMMONIA IN GASES

PUBN-DATE:

August 4, 1978

INVENTOR-INFORMATION: OOHAYASHI SHIGEJI; UEDA KANJI; OKABE TOORU; MUKAI

KOUSUKE

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Quantitative analysis of ammonia in gas mixt. - contg. oxide(s) of nitrogen and sulphur, by converting ammonia to nitrogen oxide(s) and feeding to detector

PATENT-ASSIGNEE: SEITETSU CHEM IND CO LTD[SEIT] PRIORITY-DATA: 1977JP-0003167 (January 14, 1977)

INT-CL (IPC): G01N021/52, G01N031/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 53088786A

**BASIC-ABSTRACT:** 

The method comprises (i) contacting the gas mixt. with a dry type absorbing agent (soda lime treated completely with CO2-contg. gas) in the presence of O2 to remove selectively SOx, (ii) dividing the treated gas into two parts, (iii) contacting a part of the gas with Cu-Cr system catalyst filled in an ammonia oxidising vessel at 300-450 degrees C to convert ammonia into NO2 and NO, contacting the gas with an NOx converting catalyst (carbon system catalyst) to convert NO2 into NO, (iv) introducing it into a nitrogen oxide detector and detecting NO, (v) introducing another part of the gas directly into a nitrogen oxide detector to detect nitrogen oxides, and (vi) determining continuously the concn. of ammonia from the difference in the two determined nitrogen oxides values. Ammonia can be precisely and rapidly determined by a method unaffected by SO2, CO2, steam, and NOx in the gas.